



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
EU DZ

ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICO ECONOMICA II

N° ID: 1057489-206-LE19

Identificación ID: "Convenio de Suministro de Insumos para Confección de órtesis: Planchas por 24 meses para el Hospital del Salvador"

En Santiago, a 15 de enero 2020, se realiza la evaluación técnica económica de las ofertas recibidas de la licitación ID N° 1057489-206-LE19, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en Bases aprobadas por Resolución Exenta N° 5443, de fecha 04 de noviembre 2019.

Antecedentes:

-Que, se adjudicó la licitación ID 1057489-206-LE19 a través Res. Ex. 0052, fecha 08 enero 2019;

-Que, se recibe reclamo n° inc-3132089-j6l6 por irregularidad en el proceso de compra a través de plataforma www.mercadopublico.cl, solicito dejar sin efecto esta adjudicación ya que como empresa tecno-medica cumplimos con todos lo solicitado y siendo evaluados con 0 puntos en la evaluación diciendo que no subimos ficha la técnica del producto siendo que no es así ya que esta en los archivo adjuntos a la licitación ficha técnica del producto con especificaciones clara en todas sus formas y en idioma español , además de la especificadas en los anexos de la licitación. Esta. Licitación carece de transparencias que no corresponde a un buen comportamiento de un organismo público. Adjudicando a un proveedor con un valor mucho más elevado que nuestro producto. Esperaremos una respuesta clara y transparente de parte del hospital salvador. Adjunto ficha técnica que fue adjuntada a la licitación mencionada.

Atte
tecno-medica spa

-Que, se recibe nuevamente reclamo inc-3133579-c2v7 por irregularidad en el proceso de compra a través de plataforma www.mercadopublico.cl. Buenos días junto con saludar, queremos hacer un reclamo en forma formal sobre la licitación id 1057489-206-le19 con respecto al informe técnico y adjudicación a proveedor que copio y pego las características en una ficha técnica que carece de veracidad. Ya que es igual al anexo n°5 que solicita el hospital. Esto está firmado por klg.a.mg paula herrera :jefe de servicio de medicina física. Con fecha 21 de noviembre de 2019 este informe carece de trasparecia y criterio de evaluación perjudicándonos claramente. Proveedor adjudicado Liliana rebecca carece de veracidad en su ficha técnica y anexo n°5 su ficha técnica es igual al anexo n°5 incluso usando el mismo orden y ocupando las mismas palabras. Personal encargado de la evaluación no se fijó o paso por alto que su ficha técnica es igual al anexo n°5 en el mismo orden y ocupando las mismas palabras. Proveedor Liliana rebecca, copio lo solicitado del anexo n°5 y pego en un archivo word para ser evaluado con el 100% con las mismas características de lo solicitado. De manera poco astuta ya que es el mismo orden y usando las mismas palabras del anexo subido por el hospital. Para nosotros es una causa grave para declarar su propuesta inadmisibile. Adjuntamos carta formal sobre nuestro reclamo y puntos que no fueron evaluados de manera correcta transparente. y Adjuntamos 2 fichas técnica del proveedor adjudicado Liliana rebecca. Una ficha técnica que usa regularmente y otra modificada para esta licitación. Adjuntamos anexo n°5 del proveedor Lilliana rebecca y firmado por su representante legal. Solicitamos la revisión de los antecedentes proporcionados a esta licitación ya que fuimos perjudicados en el proceso.

tecno-medica spa

-Que, se realizó nueva evaluación técnica del insumo licitado según ficha técnica del producto.

1. DETALLE DE APERTURA:

Se efectúa el acto de apertura el 21 de noviembre 2019, al cual concurren con su oferta las siguientes ofertas:

Rut Proveedor	Proveedor	Estado
76.661.781-6	Liliana Rebeca Oferta 1	Aceptada
76.661.781-6	Liliana Rebeca Oferta 2	Aceptada
8.554.521-3	LUIS ARCENIO	Aceptada
77.010.745-8	Tecno-Médica SpA	Aceptada

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los puntajes para cada criterio, su Pond. y su puntaje máximo total, según los establecen las Bases Artic. 20º, son:

Criterios de evaluación	Ponderación
Precio	60%
Calidad Técnica	35%
Comportamiento contractual con HDS	5%
TOTAL	100%

3. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:

De acuerdo a la respuesta al reclamo por parte del proveedor **Tecno-Médica SpA**, se realiza nueva evaluación de las líneas de insumos que participaron.

Según los criterios de evaluación señalados en el punto anterior, el resultado del análisis técnico-económico es el siguiente:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LUIS ARCENIO		Tecno-Médica SpA		Liliana Rebeca Oferta 1		Liliana Rebeca Oferta 2		OBSERVACIONES	
			CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
20034780 02	Lámina plastazote 3.2mmx102cm x102cm rosa/piel sin adhesivo	El material de espuma Plastazote se puede activar por calor y formar férulas suaves y livianas.		X	X			X		X	LUIS ARCENIO Proveedor no especifica en ficha técnica la característica solicitada	
		La espuma se puede calentar en un horno a 285 grados Fahrenheit, 140 grados Celsius.		X	X			X			X	LUIS ARCENIO Proveedor no especifica en ficha técnica la característica solicitada Liliana Rebeca Oferta 2 Proveedor no especifica en ficha técnica
		El material se puede laminar colocando una pieza encima de otra y calentando.		X		X		X			X	LUIS ARCENIO Proveedor no especifica en ficha técnica la característica solicitada Tecno-Médica SpA Proveedor no especifica que el material se puede laminar colocando una pieza encima de otra
		Se puede usar para férulas de artritis y collares cervicales.		X		X		X			X	LUIS ARCENIO Proveedor no especifica en ficha técnica la característica solicitada Tecno-Médica SpA Proveedor no especifica en ficha técnica la característica solicitada
		Medida Solicitada	X			X		X			X	Tecno-Médica SpA Proveedor no especifica en su ficha técnica que cuenta con las medidas solicitadas
		PUNTAJE			0		0		100			50
PORCENTAJE			0%		0%		35%			17,5%		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LUIS ARCENIO		Tecno-Médica SpA		Liliana Rebeca Oferta 1		Liliana Rebeca Oferta 2		OBSERVACIONES		
			CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE				
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
2003478071	Lámina plastazote 6.4mmx102cm x102cm rosa/piel sin adhesivo	El material de espuma Plastazote se puede activar por calor y formar férulas suaves y livianas.		X	X			X		X		LUIS ARCENIO Proveedor no especifica en ficha técnica la característica solicitada	
		La espuma se puede calentar en un horno a 285 grados Fahrenheit, 140 grados Celsius.		X	X			X			X		LUIS ARCENIO Proveedor no especifica en ficha técnica la característica solicitada Liliana Rebeca Oferta 2 No especifica en ficha técnica la característica solicitada.
		El material se puede laminar colocando una pieza encima de otra y calentando.		X		X		X			X		LUIS ARCENIO Proveedor no especifica en ficha técnica la característica solicitada Tecno-Médica SpA Proveedor no especifica en ficha técnica la característica solicitada
		Se puede usar para férulas de artritis y collares cervicales.		X		X		X			X		LUIS ARCENIO Proveedor no especifica en ficha técnica la característica solicitada
		Medida Solicitada	X			X		X			X		Tecno-Médica SpA Proveedor no especifica en su ficha técnica que cuenta con las medidas solicitadas
		PUNTAJE		0		0		100			50		
		PORCENTAJE		0%		0%		35%			17,5%		

"Convenio de Suministro de Insumos para Confección de órtesis: Planchas por 24 meses para el Hospital del Salvador"			Calidad Técnica de Insumos (35%)		Precio (60%)		Comp. Contractual (5%)		Ptje. Total
Descripción	Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Ptje	%	P.Unit	%	Ptje	%	
2.-Lámina plastazote 3.2mmx102cmx102cm rosa/piel sin adhesivo	Liliana Rebeca Oferta 1	Se oferta por Lámina plastazote 3.2mmx102cmx102cm rosapiel sin adhesivo	100	35%	\$55.000	32,73%	100	5%	72,73%
	Liliana Rebeca Oferta 2	Se oferta por LAMINA PLASTAZOTE 3.2MMX102CMX102CM COLOR ROSAPIEL	50	17,5%	\$30.000	60%	100	5%	82,5%
	LUIS ARCENIO	LAMINA PLASTAZOTE 3.2MMX102CMX102CM COLOR ROSAPIEL CON ADHESIVO	0	0%	Oferta inadmisibles, ya que de acuerdo a las bases de licitación Res. Ex. N°5443 de fecha 04 de noviembre de 2019 en el Artículo 23° Calidad Técnica de los insumos al no cumplir con 2 o más especificaciones técnicas la oferta se declara inadmisibles				
	Tecno-Médica SpA	LAMINA PLASTAZOTE 3.2MMX102CMX102CM COLOR ROSAPIEL SIN ADHESIVO SEGUN BASES DE LICITACION ADJUNTO FICHA Y FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO	0	0%	Oferta inadmisibles, ya que de acuerdo a las bases de licitación Res. Ex. N°5443 de fecha 04 de noviembre de 2019 en el Artículo 23° Calidad Técnica de los insumos al no cumplir con 2 o más especificaciones técnicas				
4.-Lámina plastazote 6.4mmx102cmx102cm rosa/piel sin adhesivo	Liliana Rebeca Oferta 1	Se oferta por LÁMINA PLASTAZOTE 6.4MMX102CMX102CM ROSAPIEL SIN ADHESIVO	100	35%	\$80.000	33,75%	100	5%	73,75%
	Liliana Rebeca Oferta 2	Se oferta por LAMINA PLASTAZOTE 6.4MMX102CMX102MM COLOR ROSAPIE	50	17,5%	\$45.000	60%	100	5%	82,5%
	LUIS ARCENIO	LAMINA PLASTAZOTE 6.4MMX102CMX102MM COLOR ROSAPIEL CON ADHESIVO	0	0%	Oferta inadmisibles, ya que de acuerdo a las bases de licitación Res. Ex. N°5443 de fecha 04 de noviembre de 2019 en el Artículo 23° Calidad Técnica de los insumos al no cumplir con 2 o más especificaciones técnicas la oferta se declara inadmisibles				
	Tecno-Médica SpA	LAMINA PLASTAZOTE 6.4MMX102CMX102MM COLOR ROSAPIEL SIN ADHESIVO SEGUN BASES DE LA LICITACION ADJUNTO FICHA TECNICA Y FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO	0	0%	Oferta inadmisibles, ya que de acuerdo a las bases de licitación Res. Ex. N°5443 de fecha 04 de noviembre de 2019 en el Artículo 23° Calidad Técnica de los insumos al no cumplir con 2 o más especificaciones técnicas.				

Observaciones:

De acuerdo a Providencia N° 455/2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, emitido por jefatura de Logística, los proveedores tienen los siguientes despachos pendientes

PROVEEDOR	CANT. DESPACHOS PENDIENTES
Liliana Rebeca	0
LUIS ARCENIO	0
Tecno-Médica SpA	0



4.- FORMULACIÓN DE PROPUESTA:


En vista de la nueva evaluación realizada en la licitación ID 1057489-206-LE19 por resultados obtenidos, se propone **mantener adjudicación** para las siguientes líneas por un monto **\$22.967.000** (Veinte y dos millones novecientos seiscientos siete mil pesos), impuestos incluidos, correspondiente a **462.36 UTM** (valor UTM enero 2020 \$49.673).

DESCRIPCIÓN	ESTADO	MOTIVO
Lámina plastazote 45x60x3.2mm color rosa/piel con adhesivo	OFERTA INADMISIBLE	Oferta inadmisibles, ya que de acuerdo a las bases de licitación Res. Ex. N°5443 de fecha 04 de noviembre de 2019 en el Artículo 23° Calidad Técnica de los insumos al no cumplir con 2 o más especificaciones técnicas la oferta se declara inadmisibles
Lámina plastazote 45x60x6.4mm color rosa/piel con adhesivo	OFERTA INADMISIBLE	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Lámina plastazote 3.2mmx102cmx102cm rosa/piel sin adhesivo	Liliana Rebeca Oferta 2	45	\$30.000	\$1.350.000
	Lámina plastazote 6.4mmx102cmx102cm rosa/piel sin adhesivo	Liliana Rebeca Oferta 2	45	\$45.000	\$2.025.000
	PLANCHA DE NEOPRENO MAS VELCRO LOOP TIPO NEOLOOP 1.6MM DE ESPESOR * 45 * 61CMS	LUIS ARCENIO	160	\$65.000	\$10.400.000
	PLANCHA DE NEOPRENO MAS VELCRO LOOP TIPO NEOLOOP 3,2MM DE ESPESOR * 45 * 61CMS	LUIS ARCENIO	85	\$65.000	\$5.525.000
				MONTO NETO	\$19.300.000
				MONTO TOTAL C/ IVA	\$22.967.000
				UTM enero 2020 \$49.673	462,36

Nota: Los abajo firmantes declaran no tener conflicto de intereses con los oferentes (Ley N° 20730, Ley del Lobby).

Nombre	Cargo	Firma
KLGA. MG. Paula Herrera	Jefe Servicio de Medicina Física y Rehabilitación	
Elizabeth Parraguez	Terapeuta Ocupacional Servicio Neurología	
Bélgica San Cristóbal	Terapeuta Ocupacional Servicio Medicina Física y Rehabilitación	

Nombre - Cargo	Firma
AP. JUAN ESTEBAN PALMA A. Jefe Abastecimiento	

Vº Director:	Rechaza propuesta
	
Fecha:	Fecha: